

2024-06-2460

## HASTA KARYOLASI ELEKTRONİK LİFT ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler hastanemiz İç Hastalıkları Servis Ünitesinde kullanılan, Hill-Rom marka hasta karyolası elektronik lifti için teklif vereceklerdir.
2. Teklif edilecek elektronik lift 24V max. 3.5A olacaktır.
3. Teklif edilecek elektronik lift Max load: Push 3500 N 10%, max 2min. /18 min olacaktır.
4. Teklif edilecek elektronik liftin alt üst bağlantı yeri olacaktır.
5. Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundandır.
6. Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
7. Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8. İstekliler tarafından teklif edilen elektronik lifte ilişkin katalog teklif mektubu ile birlikte idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
9. İstekliler tarafından teklif edilen elektronik lift ikinci el, fason üretim veya kullanılmış, ambalajı açılmış olmayacaktır.
10. Yüklenici elektronik lifti idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
11. Elektronik lift sipariş tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal(Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Gökhan ÖZANLAN  
Teknisyen



GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Ömer UYURCA  
Tekniker

