

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26980
İstem Tarihi : 25/06/2024
Bölüm Adı : Nükleer Tıp Stoğu

Döküm Tarihi : 25/06/2024 12:29:00

Malzeme Kodu : J07-075590
Malzeme Adı : QUALITY ASSURANCE VQC PHANTOM

QUALITY ASSURANCE VQC PHANTOM TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. GE HEALTHACE (3 TESLA) SİLGNA PET MR cihazının kalibrasyonunda kullanılacaktır.
2. İSOTOPE: GE-68
ACTİVİTY : 0.7 MBq x 5
3. Phantomun kullanımında gerekli destekleyici ünitesi (tutucu minderi) ile birlikte
4. Teklif veren firmaların TAEK ve gerekli diğer kurumlardan onaylı belgeleri kurumumuza veriecektir.
5. VQC PHANTOMun teslim edilmeden önce bölüm tarafından uygunluğu kontrol edilecektir.
6. Taşınma sırasında hasar görmüş malzeme teslim alınmayacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Erdem BALCI
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı

ONAYLAYAN

Prof. Dr. L. Özlem ATAY
T.C.S.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Nükleer Tıp
Dip. No: 88AA095 Dip. Tes. No: 47104



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26980
İstem Tarihi : 25/06/2024
Bölüm Adı : Nükleer Tıp Stoğu

Döküm Tarihi : 25/06/2024 12:29:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J07-075591	QUALITY ASSURANCE SPHERES PHANTOM

QAQUALITY ASSURANCE SPHERES PHANTOM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GE HEALTHCARE (3 TESLA) SİLGNA PET MR cihazının kalibrasyonunda kullanılacaktır.
2. İSOTOPE: GE-68
ACTİVİTY : 0.7 MBq(x3)
3. Phantomun kullanımında gerekli destekleyici ünitesi (tutucu minderi) ile birlikte
4. Teklif veren firmaların TAEK ve gerekli diğer kurumlardan onaylı belgeleri kurumumuza veriecektir.
5. SPHERES PHANTOMun teslim edilmeden önce bölüm tarafından uygunluğu kontrol edilecektir.
6. Taşınma sırasında hasar görmüş malzeme teslim alınmayacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Erdem BALCI
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Kimyager Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN

Prof. Dr. İ. Özlem ATAY
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Nükleer Tıp
Dip. No: 88AA095 Dip. Tes. No: 47104