


2024-11-2804

## NÖRONAVİGASYON YANSITICI KÜRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen navigasyon küresi hastanemiz envanterinde bulunan nöronavigasyon cihazı ile kullanıma uyumlu olmalıdır.
2. Küreler tek kullanımlık olmalıdır.
3. Küreler etilen oksit ile steril edilebilmelidir.
4. Kürelerin paketlenmesi 4 adet- 1 set olacak şekilde veya tekli şekilde olmalıdır.
5. Her bir küre çapı 11 mm olmalıdır.
6. Teklif edilen kürelerin miadı en az 1 yıl olmalıdır.

  
Dr. Aydeniz KALE  
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Dip. No: 13452 Dip. Tas. No: 11616

  
Dr. Öğretmen Pelin KUZUCU  
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Dip. Tes. No : 172601